2026-9-12《认证通用基础课程》27-28 练习题

第一部分 单选题（共 50 题）

1.检验是指对合格评定对象的审查，并确定其与具体要求的符合性，或在（ ）的基础上确定其与通用要求的符合性。
A、专业判断
B、测量结果
C、仪器输出
D、客户要求

2.检测是指按照程序确定合格评定对象的（ ）。
A、整体质量水平
B、一个或多个特性
C、与标准的符合性
D、预期用途

3.检验报告与检测报告的重要区别在于（ ）。
A、检验报告不需要检测数据
B、检测报告必须有结论
C、检验报告必须有结论，检测报告不下结论
D、两者没有区别

4.检验检测机构比认证机构多出的要素是（ ）。
A、管理人员
B、仪器设备
C、文件记录
D、组织结构

5.在我国的法制计量领域，验证也称为（ ）。
A、校准
B、检定
C、确认
D、核查

6.确认是对规定要求满足（ ）的验证。
A、规定参数
B、设计输入
C、预期用途
D、检测标准

7.提供客观证据证明规定要求得到满足，这是（ ）。
A、验证
B、确认
C、评审
D、监视

8.检验检测机构监督管理办法公布的时间是（ ）。
A、2020 年 4 月 8 日
B、2021 年 4 月 8 日
C、2021 年 6 月 1 日
D、2022 年 9 月 1 日

9.虚假检验检测行为追究刑事责任所依据的刑法条款是（ ）。
A、第一百四十一条
B、第二百二十九条
C、第二百三十一条
D、第三百九十七条

10.检验检测机构监督管理办法第十三条列举的不实检验检测情形有（ ）。
A、三种
B、四种
C、五种
D、六种

11.检验检测机构监督管理办法第十四条列举的虚假检验检测情形有（ ）。
A、三种
B、四种
C、五种
D、六种

12.在实验室诸多影响检验检测工作质量的因素中，最为关键的是（ ）。
A、设备因素
B、环境因素
C、人员因素
D、方法因素

13.CNAS-CL01 等同采用的国际标准是（ ）。
A、ISO/IEC17020
B、ISO/IEC17021
C、ISO/IEC17025
D、ISO9001

14.无损检测领域的检测人员应具有无损检测（ ）人员的资格。
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级

15.当授权签字人仅对射线或超声探伤检测项目负责时，其资格应满足（ ）人员资格。
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级

16.实验室应配备检测所要求的所有抽样、测量和检测设备，并处于实验室的（ ）之下。
A、临时控制

B、永久控制
C、定期检查
D、外部监管

17.校准主要解决设备示值（ ）的问题。
A、稳
B、准
C、全
D、新

18.期间核查主要检查设备校准状态（ ）的问题。
A、准
B、稳
C、全
D、多

19.实验室应确保使用标准的（ ）版本。
A、最早
B、最新有效
C、任意
D、客户指定

20.质量仲裁情况下，检测依据应采用（ ）。
A、最新标准方法
B、老的标准方法
C、国际标准
D、企业自定方法

21.测量不确定度越大，表示测量能力（ ）。
A、越强
B、越差
C、不变
D、无法判断

22.测量误差只能表现测量的（ ）质量。
A、长期
B、短期
C、持续
D、整体

23.利用实验室比对，按照预先制定的准则评价参加者能力，这是（ ）。
A、实验室内比对
B、实验室间比对
C、能力验证
D、盲样测试

24.检测报告是实验室的（ ）。
A、中间产品
B、最终产品
C、辅助文件
D、参考资料

25.检测活动的不符合是指检测过程中的任何方面或结果不符合其程序规定或（ ）。
A、法律法规
B、与客户约定的要求
C、行业惯例
D、内部目标

26.CNAS-CI01 等同采用的标准是（ ）。
A、GB/T27025
B、GB/T27020
C、GB/T19011
D、GB/T19001

27.检验与检测、认证的重要区别是检验活动包含（ ）。
A、仪器测量
B、专业判断
C、文件记录
D、现场观察

28.独立性最强、只做检验的检验机构是（ ）。
A、A 类
B、B 类
C、C 类
D、D 类

29.B 类检验机构的检验服务仅提供给（ ）。
A、外部客户
B、母体组织
C、政府部门
D、社会公众

30.C 类检验机构进行的检验不能作为同一检验活动的（ ）检验。
A、第一方
B、第二方
C、第三方
D、内部

31.检验机构管理评审至少（ ）进行一次。
A、每半年
B、每年
C、每两年
D、每三年

32.检验机构内部审核至少每（ ）进行一次。
A、6 个月
B、12 个月
C、18 个月
D、24 个月

33.检验检测机构资质认定本质上是一项（ ）。

A、能力证明
B、行政许可
C、国际互认
D、行业自律

34.检验检测机构档案的保管期限应不少于（ ）。
A、3 年
B、5 年
C、6 年
D、10 年

35.检验检测机构的授权签字人（ ）设置代理人员。
A、可以
B、应当
C、不得
D、经批准可以

36.资质认定评审准则包含（ ）。
A、5 大要素 40 个条款
B、6 大要素 50 个条款
C、7 大要素 60 个条款
D、6 大要素 60 个条款

37.合格评定定义为（ ）。
A、规定要求得到满足的证实
B、产品质量合格的证明
C、管理体系有效的评价
D、客户满意的确认

38.国家质量基础设施的三个要素是（ ）。
A、计量、标准、合格评定
B、标准、认证、检验
C、计量、检测、认可
D、标准、计量、检测

39.实施认可的权威机构是（ ）。
A、合格评定机构
B、认可机构
C、认证机构
D、监管部门

40.第一方组织自己对自己的证明是（ ）。
A、认证证书
B、供方合格声明
C、认可证书
D、检验报告

41.硬件的量具有（ ）的特性。
A、连续
B、计数
C、无形
D、模拟

42.流程性材料的量具有（ ）的特性。
A、计数
B、连续
C、离散
D、固定

43.服务的主要特征是（ ）。
A、有形
B、无形
C、可储存
D、可计数

44.不易或不能经济地确认其输出是否合格的过程称为（ ）。
A、关键过程
B、特殊过程
C、一般过程
D、支持过程

45.服务认证的可视化工具是（ ）。
A、乌龟图
B、服务蓝图
C、流程图
D、鱼骨图

46.过程的可视化工具是（ ）。
A、服务蓝图
B、乌龟图
C、排列图
D、控制图

47.3C 认证属于（ ）合格评定。
A、自愿性
B、强制性
C、推荐性
D、行业性

48.校准是为检测活动提供（ ）的保证。
A、准确性
B、测量溯源性
C、稳定性
D、可比性

49.与预期或规定用途有关的不合格称为（ ）。
A、不合格
B、缺陷
C、不符合
D、偏差

50.针对相同规定要求，不同合格评定结果提供相同水平符合性保证，这是（ ）。
A、等效

B、互认
C、认可
D、认证

第二部分 多选题（共40题）
1.检验的典型特征包括（ ）。
A、检验一定会有结论
B、检验包含一系列检测活动
C、检验不需要专业判断
D、检验报告必须出具符合要求的结论

2.下列属于日常工作中易混淆术语的有（ ）。
A、检测
B、检验
C、验证
D、确认

3.验证的注意事项包括（ ）。
A、适用时考虑测量不确定度
B、验证不宜与校准混淆
C、不是每个验证都是确认
D、验证就是确认

4.我国检验检测发展存在的问题包括（ ）。
A、恶性竞争，市场监管机制亟待完善
B、服务意识薄弱
C、高精尖技术装备滞后
D、人员技术水平亟待提升

5.我国检验检测发展的对策建议包括（ ）。
A、营造有序市场竞争环境
B、创新服务模式
C、健全科技创新体系
D、促进人才队伍健康发展

6.检验检测机构及其人员应承担的法律责任包括（ ）。
A、行政法律责任
B、民事责任
C、刑事责任
D、道德责任

7.检验检测机构监督管理办法采取的行政管理方式包括（ ）。
A、严厉打击不实和虚假行为
B、督促改正较严重违法违规行为
C、提醒纠正一般性违规事项
D、放任所有违规行为

8.实验室人员管理体系的构成包括（ ）。
A、人员素质
B、合理结构
C、适时培训
D、严格考核

9.实验室应授权从事特定工作的人员包括（ ）。
A、开发、修改、验证和确认方法的人员
B、分析结果的人员
C、报告、审查和批准结果的人员
D、后勤保障人员

10.意见和解释负责人员应具备的知识包括（ ）。
A、被检测物品制造技术知识
B、法规和标准通用要求知识
C、偏离所产生影响程度的了解
D、企业财务知识

11.实验室判断设施环境是否满足要求的依据包括（ ）。
A、不会使检测结果无效
B、不会对测量质量产生不良影响
C、是否装修豪华
D、是否面积最大

12.需要予以重视的环境因素包括（ ）。
A、微生物污染、灰尘
B、电磁干扰、辐射
C、湿度、供电、温度
D、声音和振动

13.实验室区域隔离的类型包括（ ）。
A、空间隔离
B、电磁场隔离
C、生物安全隔离
D、财务隔离

14.设备是下列哪些要素的总称（ ）。
A、测量仪器、软件、测量标准
B、标准物质、参考数据
C、试剂、消耗品
D、辅助装置

15.需要进行期间核查的情形包括（ ）。
A、设备性能不稳定容易漂移
B、使用频率高经常带离固定场所
C、临近校准有效期又用于关键性能检测
D、设备全新刚采购

16.需要编制作业指导书的情形包括（ ）。
A、标准方法不能被操作人员直接使用
B、内容不便于理解或缺少信息
C、方法中有可选步骤会造成因人而异
D、标准简明充分可直接使用

17.实验室应对下列哪些方法进行确认（ ）。
A、非标准方法

B、实验室制定的方法
C、超出预定范围使用的标准方法
D、修改过的标准方法

18.方法确认的技术包括（ ）。
A、使用参考标准或参考物质校准
B、与其他方法结果比较
C、实验室间比对
D、对影响结果因素作系统性评审

19.技术记录的要求包括（ ）。
A、包含充分信息以便重现
B、观察结果应在产生时记录
C、不允许追记、整理、重抄
D、修改可追溯到原始观察

20.不确定度的来源包括（ ）。
A、参考标准和参考物质
B、所用方法和设备
C、环境条件
D、操作人员

21.实验室内部质量监控技术方法包括（ ）。
A、使用标准物质
B、设备功能核查
C、期间核查
D、盲样测试

22.实验室外部质量监控技术包括（ ）。
A、参加能力验证
B、参加实验室间比对
C、实验室内比对
D、重复检测

23.检测报告至少应包括的信息有（ ）。
A、标题、实验室名称地址
B、客户名称联络信息
C、所用方法识别
D、报告批准人识别

24.检测报告符合性声明应包括（ ）。
A、适用的结果
B、满足或不满足的规范标准
C、应用的判定规则
D、客户财务信息

25.检测活动不符合可能的原因包括（ ）。
A、在培人员未得到有效监督
B、使用过期无效标准
C、使用未经校准设备
D、样品制备保存不符合要求

26.典型的检验机构包括（ ）。
A、进出口商品检验机构
B、特种设备检验机构
C、建设工程监理机构
D、信息安全检查机构

27.检验的阶段包括（ ）。
A、设计阶段
B、型式试验
C、初始检验
D、运行检验或监督

28.检验机构负责检验人员应具备的能力包括（ ）。
A、相应资格和培训经历
B、专业判断能力
C、出具报告能力
D、产品制造技术知识

29.A 类检验机构不得从事检验对象的活动包括（ ）。
A、设计、生产
B、供应、安装
C、采购、拥有
D、使用、维护

30.B 类检验机构独立性要求包括（ ）。
A、检验服务仅提供给母体组织
B、检验人员与其他岗位职责明确分开
C、不得从事检验对象设计生产
D、可对社会公众提供服务

31.C 类检验机构的要求包括（ ）。
A、采取防范措施确保职责充分分离
B、同一对象设计生产检验不得由同一人完成
C、不能作为第三方检验
D、独立性与 A 类完全相同

32.检验机构管理方式 A 包括的内容有（ ）。
A、文件控制、记录控制
B、管理评审、内部审核
C、纠正措施、预防措施
D、财务审计

33.管理评审输入应包括（ ）。
A、内外部审核结果
B、客户反馈
C、预防纠正措施状态
D、申诉和投诉

34.检验检测机构资质认定的内容包括（ ）。
A、为司法裁决出具证明数据
B、为行政决定出具证明数据
C、为仲裁决定出具证明数据

D、为社会经济公益活动出具证明数据

35.申请资质认定应符合的条件包括（ ）。
A、依法成立能承担法律责任
B、有适应的技术和管理人员
C、有固定工作场所
D、管理体系有效运行

36.合格评定对象包括（ ）。
A、产品、过程、服务
B、体系、装置、项目
C、数据、设计、材料
D、人员、机构

37.产品的类别包括（ ）。
A、硬件
B、流程性材料
C、软件
D、服务

38.服务的形式包括（ ）。
A、在顾客有形产品上完成活动
B、在顾客无形产品上完成活动
C、无形产品交付
D、为顾客创造氛围

39.WTO/TBT 合格评定原则包括（ ）。
A、非歧视原则
B、遵守国际标准原则
C、透明度原则
D、有限干预原则

40.合格评定的目的包括（ ）。
A、证明符合所要求规范
B、监控健康安全环境要求
C、保护消费者利益
D、确保部件兼容性互换性

第三部分 判断题（共 40 题）
1.检测报告必须出具合格或不合格的结论。（ ）

2.检验一定包含一系列检测活动并加上专业判断。（ ）

3.检验检测机构不需要对环境设施提出要求。（ ）

4.验证不宜与校准混淆，不是每个验证都是确认。（ ）

5.确认满足的是预期用途，验证满足的是规定要求。（ ）

6.检验检测机构监督管理办法是 2021 年 4 月 8 日公布的。（ ）

7.刑法修正案十一将环境监测虚假失实行为纳入刑法第二百二十九条适用对象。（ ）

8.检验检测机构只需要承担行政责任，不需要承担民事和刑事责任。（ ）

9.人员因素是实验室诸多质量因素中最关键的因素。（ ）

10.实验室关键岗位可以大量使用临时工。（ ）

11.实验室设备应处于永久控制之下。（ ）

12.期间核查就是再校准。（ ）

13.期间核查是必须进行的，每台设备都要做。（ ）

14.质量仲裁时应采用最新标准方法作为检测依据。（ ）

15.测量不确定度越大，测量能力越强。（ ）

16.能力验证是利用实验室比对评价参加者能力。（ ）

17.检测报告是实验室的最终产品。（ ）

18.当实验室不负责抽样时，应声明结果仅适用于收到的样品。（ ）

19.检验机构与检测机构的准则完全相同。（ ）

20.检验活动包含用专业判断确认对通用要求的符合性。（ ）

21.A 类检验机构独立性最强。（ ）

22.B 类检验机构可以向社会所有客户提供检验服务。（ ）

23.C 类检验机构可以作为第三方检验。（ ）

24.检验机构管理评审和内部审核至少每 12 个月一次。（ ）

25.资质认定是行政许可，CNAS 认可是能力证明。（ ）

26.企业内部实验室出具出厂检验报告也必须取得资质认定。（ ）

27.授权签字人不得设置代理人员。（ ）

28.检验检测档案保管期限不少于 6 年。（ ）

29.合格评定结果只能是肯定的，不能是否定的。（ ）

30.国家质量基础设施三要素是计量、标准、合格评定。（ ）

31.认可机构在我国不是合格评定机构。（ ）

32.供方合格声明是第三方证明。（ ）

33.流程性材料的量具有连续特性。（ ）

34.粉末如石灰、耐火材料建议归为流程性材料。（ ）

35.特殊过程是不易或不能经济确认输出是否合格的过程。（ ）

36.乌龟图是服务认证的可视化工具。（ ）

37.推荐性标准一旦被法律法规引用，属性可转化为强制性。（ ）

38.第二方合格评定由具有使用方利益的人员或组织实施。（ ）

39.申诉往往直接与机构交涉，投诉往往向上级或政府机关反映。（ ）

40.等效要求不同评定结果一模一样。（ ）

第四部分 简答题（共 10 题）

1.简述检验与检测的区别。

2.简述验证与确认的区别。

3.简述我国检验检测发展存在的问题及对策建议。

4.简述检验检测机构及其人员应承担的法律责任。

5.简述检验检测机构资质认定与 CNAS 认可的区别。

6.简述申请检验检测机构资质认定应符合的条件。

7.简述合格评定的定义以及合格评定与国家质量基础设施的关系。

8.简述 WTO/TBT 协议规定的合格评定六项原则。

9.简述第一方、第二方、第三方合格评定的区别。

10.简述合格评定在经济活动中的作用和目的。